



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 391351, Россия, область Рязанская, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Основной государственный регистрационный номер 1026200861620.

Телефон: +7(4912) 513-565 Адрес электронной почты: contact@elamed.com

в лице Генерального директора Панина Максима Николаевича

заявляет, что Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный «АЛМАГ-01» (товарный знак «АЛМАГ») по ГИКС.941519.119.ТУ.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица): 391351, Россия, область Рязанская, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 602101, Россия, Владимирская область, Меленковский район, город Меленки, улица Железнодорожная, дом 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, рп Елатьма, улица Янина, дом 25

Продукция изготовлена в соответствии с ГИКС.941519.119.ТУ.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 90 840 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании


Протокола испытаний № 2021.ТЕ-17.06EZ от 09.08.2021 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011): ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.08.2027 включительно


подпись



М.П.

Панин Максим Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.43344/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.08.2022